

【重要】眠りSCAN（医療機器）の自主改修のお知らせ

（この情報は、睡眠状態の測定を目的とした医療機器「眠りSCAN」の自主改修に関するものです。
当該製品を使用される関係全ての部署へ、早急にお渡しください。）

平成30年6月29日

お客様 各位

パラマウントベッド株式会社

弊社が製造販売しております一般医療機器「眠りSCAN（NN-1310）」の一部製品において、当該機器内で発生したノイズが通信信号に混入し、無線LANの通信が途切れることがあることが判明したため、医薬品医療機器等法に基づく自主改修を実施いたします。

1. 対象機種


眠りSCAN（NN-1310） 350台

※販売(出荷)期間：平成30年3月12日から平成30年5月17日まで

※製造番号（確認箇所は、右図の赤枠内の6桁の番号になります）

185241～185248, 185250～185259, 185261～185273,
185275～185278, 185281～185285, 185287～185289,
185291, 185294, 185296～185333, 185335～185375,
185377～185384, 185386, 185389～185400,
185402～185404, 185406, 185407, 185409～185411,
185413, 185415, 185416, 185420～185424, 185427,
185429～185445, 185447～185450, 185452～185454,
185456～185467, 185469～185472, 185474～185489,
185492～185499, 187821～187881, 188001～188050,
188052～188064

眠りSCAN 裏側



製造番号

2. お客様へのお願い

本自主改修は、納入先にて、当該製品のソフトウェアの更新により行わせていただく所存です。

弊社担当者より納入先に連絡し、作業日を相談の上訪問させていただきますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

3. 本件に関するお問合せ

本件に関してご不明な点などございましたら、弊社営業担当者または、下記の製品安全ダイヤルまでお問合せください。

パラマウントベッド株式会社 製品安全ダイヤル 0120-36-4803

受付時間 平日 9:00～17:00（土・日・祝日は除く）

以上