


## 取扱説明書

# ストレッチフィットⅡマットレス (清拭タイプ・ドライタイプ・さらドライタイプ・抗ウイルスタイプ)

7F13073500A1



### まえがき

このたびは、ストレッチフィットⅡマットレス（以下、マットレス）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この「取扱説明書」には、マットレスを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- マットレスをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- マットレスを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

### おことわり

本文中に記載の名称を以下のように略しております。

- ベッドサイドレール → サイドレール
- ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー／サイドグリップ） → ベッド用グリップ

### 本書に記載されているマークについて

	特に重要な内容や間違えやすい内容、注意点などを記載していることを示しています。
	マットレス・ベッドの方向（頭側）を示しています。
	マットレス・ベッドの方向（足側）を示しています。


# 使用目的

このマットレスはご家庭や医療施設、高齢者施設で療養される際に、身体にかかる圧力を分散させることを目的に作られています。


※抗ウイルスタイプについて

- 全てのウイルス・菌による感染を予防するものではありません。
- 全てのウイルス・菌に対する効果検証を行ったものではありません。


# 各部の名称と部品の確認




※このマットレスには天面・底面・頭側・足側があります。製品ロゴの印刷がある面を天面にし、品質表示ラベルが縫製されている側が足側に来るように設置してください。



- ①左図を参照して、詰め物の上層と下層の端部を合わせ、固定具(6ヶ所)のA部を詰め物の間にはさんでください。  
※A部が詰め物の端から出ないようにしてください。
- ②固定具(6ヶ所)がたるまないように、B部の面ファスナーを詰め物(下層)底面に貼り合わせてください。



<詰め物>  
詰め物(上層)と詰め物(下層)の製造番号の向きを合わせて、固定具で留めてあります(6ヶ所)。



# 安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺<sup>まひ</sup>など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

## ■マットレスと組合わせて使用するベッドなどは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合わせると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりマットレスが破損したりするおそれがあります。適合品については、仕様（6 ページ）を参照してください。
- 組合わせて使用するベッドなどの取扱説明書に従って正しく使用してください。

## ■マットレスはベッドの幅・長さに合わせてものをご使用ください

ベッドの幅や長さ合わないマットレスを使用すると意図せぬすき間が発生し、はさまれてけがをするおそれがあります。

## ■身体がはさまれないように注意してください

マットレスとベッド・サイドレール・ベッド用グリップなどのすき間に身体がはさまれて、けがをしたり圧迫されて窒息したりするおそれがあります。



## ■チューブ（ドレーン）などがはさまれないように注意してください

マットレスとベッド・サイドレール・ベッド用グリップなどのすき間にチューブ（ドレーン）などがはさまれると、チューブ（ドレーン）などが抜けたり、つぶれたりするおそれがあります。

## ■滑り落ちないように注意してください

ベッドの端に座る場合は、看護・介護する方や付き添いの方などが身体を支えてあげるか、ベッド用グリップなどを持たせて滑り落ちないようにしてください。

## ■サイドレール使用時もベッドからの転落に十分注意してください

サイドレールの上から身を乗り出して転落し、けがをするおそれがあります。

## ■人が乗った状態のまま移動させないでください

このマットレスを移動させる際は、人や重いものが乗っていない状態で移動させてください。マットレスの上に人や重いものが乗ったまま移動させると、人が転落してけがをしたり、詰め物や側地が破損したりするおそれがあります。

## ■マットレスの上に敷布団や 2 枚以上重ねたマットレスパッドなど厚手の敷物を敷かないでください

敷布団やマットレスパッドなどがずれて転落・転倒し、けがをするおそれがあります。

## ■電気毛布などの電気機器をマットレス上で使用する場合、ベッドのキャスターや可動部にコード類（電源コードなど）をはさまないように設置してください

コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。

## ■側地や詰め物に汚物・血液・尿・汗・皮脂などの汚れが付着した状態では使用せず、ただちに拭き取ってください

●下記のおそれがあります。

- ・感染症などを引き起こすおそれがあります。
- ・汚れが染み込み、側地や詰め物が劣化するおそれがあります。
- ・側地や詰め物に、においやしみが残るおそれがあります。

●側地や詰め物が汚れた場合は、「日常のお手入れ」（5 ページ参照）に従ってお手入れしてください。

## ■うつぶせ寝はしないでください

長時間うつぶせ寝をすると窒息するおそれがあります。

## ■マットレスの上で立ちあがったり、飛び跳ねたりしないでください

転落・転倒してけがをしたり、マットレスが破損したりするおそれがあります。

## ■火気に近づけないでください

マットレスの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変形・変質・発火などの原因となります。

## ■お客様による修理・改造はしないでください

思わぬけがや破損の原因となります。

# 安全に使用するための注意事項



## 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### ■体圧分散機能を確保するために、以下の点に注意してください

- 床ずれ予防は専門家にご相談ください。このマットレスだけでは床ずれは予防できません。全身的な管理（栄養状態の管理、基礎疾患の管理、マットレス上での姿勢・体位の管理）が必要です。床ずれ予防を行うにあたっては医師、看護師、介護相談員などの専門家にご相談ください。
- このマットレスは、総合的な床ずれケアのためのひとつの道具です。体位変換を不要にするものではありません。このマットレスの使用と並行して、体位変換などのケアを行ってください。
- このマットレスの上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。効果的に体圧を分散できません。

### ■背あげした状態で使用する場合は、時間を制限してください

背あげした状態で長時間使用すると、側地や詰め物の劣化が早まるおそれがあります。

### ■使用時または搬送時に、過度の荷重や衝撃を加えないでください

マットレスが破損する原因となります。

### ■マットレスを折りたたんだり、丸めたりしないでください

破損・変形の原因となります。

### ■側地や詰め物などを強く引っ張ったり握ったりしないでください

側地や詰め物などが破損するおそれがあります。

### ■マットレスに先のとがったものを近づけないでください。また、衣類のポケットにもものを入れた状態で使用しないでください

マットレスが破損するおそれがあります。

### ■電気毛布や電気あんかなどを使用する場合は、温度設定にご注意ください

50℃を超える温度で使用すると、詰め物が劣化する原因となります。

### ■氷まくらや保冷剤などの冷却作用のあるものはマットレスに直接載せないでください

マットレスに急激な温度変化を与えると、内部で結露が起こることがあります。結露により、側地や詰め物が劣化するおそれがあります。

### ■水などをこぼさないでください

マットレスが濡れた状態で長時間放置すると、カビやダニの発生原因となります。誤ってこぼしてしまった場合には、すぐに乾いた布でよく拭き取り、乾燥させてから使用してください。


### ■マットレスを設置・移動などする際は、側地に付いているハンドル（取っ手）を2ヶ所持ってください

ハンドル（取っ手）以外の部分を持つと、側地や詰め物などが破損するおそれがあります。

### ■ファスナートップはファスナー隠しの奥まで入れ、ファスナーが開いた状態では使用しないでください

- 側地や詰め物が破損するおそれがあります。

- 開いているファスナーから液体や異物が浸入すると、詰め物が劣化するおそれがあります。



### ■ファスナートップに注意してください

手や足などをすりむくなどして、けがをするおそれがあります。

### ■詰め物や側地を交換・洗浄するとき以外は、側地を取外さないでください

- 側地や詰め物が破損するおそれがあります。
- 開いているファスナーから液体や異物が浸入すると、詰め物が劣化するおそれがあります。

### ■オートクレーブ滅菌器、オゾン殺菌器などは使用しないでください

マットレスが変質・破損・劣化するおそれがあります。

# 安全に使用するための注意事項

## ■マットレスは定期的に点検してください

- 使用の頻度や環境によりマットレスは劣化します。定期的に側地の破損、詰め物のへたり（へこみ・硬さの変化）の有無などを確認してください。

	点検項目	確認方法
側地	破損していないこと	目視
詰め物	へたりがないこと	目視・触感
	不自然なふくらみがないこと	目視
	上層と下層がずれていないこと	目視・触感

- 側地が破損した場合は、側地を交換してください。交換方法などについては、パラテクノコールセンター（6 ページ参照）までお問い合わせください。


- 詰め物にへたりがあると、体圧分散効果や寝心地が変化するおそれがありますので、マットレスごとまたは詰め物の交換をおすすめします。詰め物の交換方法は、パラテクノコールセンター（6 ページ参照）までお問い合わせください。

- 不自然なふくらみがある場合は、パラテクノコールセンター（6 ページ参照）までお問い合わせください。

- 上層と下層がずれている場合は、1 ページのイラスト〈固定具の貼り合わせかた〉を参照して、固定具を貼り合わせてください。

## 使用方法

### 1. マットレスの設置




このマットレスは、一般マットレスの代わりに使用する体圧分散マットレスです。ベッドの上に直接敷いてお使いください。

#### Note

- マットレスを設置する際は、ベッド上に障害物がないことを確認してください。
- このマットレスは2枚以上重ねて使用しないでください。
- このマットレスには天面・底面・頭側・足側があります。製品ロゴの印刷がある面を天面にし、品質表示ラベルが縫製されている側が足側にくるように設置してください。
- におい（ウレタン臭など）が気になる場合は、風通しの良い日陰にマットレスを1日程度放置しておくことで、においはかなり低減します。

### 2. ベッドメイクの仕方



必要に応じてタオル、シーツ、マットレスパッドなどを使用してください。

- 左図を参照して、マットレス天面と側面をシーツで覆ってください。

- 汗を多くかけられる方が使用する場合は、空調管理を十分に行うとともに、必要に応じて体位変換などを行ってください。また、マットレスパッドなどを使用し、シーツやマットレスパッドなどの洗濯・交換およびマットレス本体の日常のお手入れを頻繁に行ってください。

# 日常のお手入れ



- 清拭の際にファスナーを開けて側地を取外さないでください。また、ファスナーが開いている場合は、閉めてください。開いているファスナーから液体や異物が浸入すると、詰め物が劣化するおそれがあります。
- 詰め物の洗濯は行わないでください。詰め物が劣化するおそれがあります。
- マットレス洗浄機やオートクレーブ滅菌器・オゾン殺菌器・洗濯機などは使用しないでください。マットレスや洗浄・殺菌設備などが変質・破損・劣化するおそれがあります。
- 血液・尿・汗・皮脂などの汚れは放置せず、こまめに中性洗剤や石鹼を用いて落としてください。放置すると側地が劣化したり、においやしみが残ったりするおそれがあります。
  - ・使用中についた側地のにおいは、市販の口内洗浄剤を使用すると軽減できます。
  - ・しみがある場合は、オキシドール（過酸化水素水：濃度3%）でしっかり拭き取ってください。
  - ・血液の汚れが落ちない場合は、血液溶解剤を使用してください。その際、変色・変質するおそれがありますので、側地の端で試してからご使用ください。
- 揮発性のもの（シンナー・ベンジン・ガソリンなど）は使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒液を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。側地の防水性能などの劣化や変色が生じるおそれがあります。

## 清拭方法

- Note** ●マットレスは定期的に、清拭消毒してください。  
●詰め物は濡らさないように注意してください。

- マットレスが汚れたり、使用される方が替わったりする際は、必ずマットレスの全面を下記の手順①～④に従ってお手入れしてください。このとき、マットレスを折り曲げないように注意してください。
  - ①汚物があれば除去してください。（血液、便など）
  - ②石鹼水（市販の石鹼、中性洗剤などを水で薄めたもの）でマットレスの表面（ひょうめん）の側地を拭き、汚れを落としてください。
  - ③消毒液でマットレスの表面（ひょうめん）の側地を清拭消毒してください。消毒液は、必ず下記の薬品を、指定の濃度を守って使用してください。また、各消毒液の指示に従って使用してください。
    - ・76.9～81.4%：消毒用エタノール
    - ・70%：イソプロパノール
    - ・0.05～0.2%：塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
    - ・0.05～0.2%：塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
    - ・0.05%：グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）
    - ・0.1～1.0%：次亜塩素酸ナトリウム（ピューラックスなど）
  - ④ベッドの上などで自然乾燥させてください。また、天日干しはしないでください。

## 側地の手洗い



- 洗濯機や脱水機は使用しないでください。破損の原因となります。
- 塩素系漂白剤などは使用しないでください。変質・変色・破損の原因となります。
- アイロンは使用しないでください。溶解・変質・変色の原因となります。

- Note** ●側地を取外すときおよび取外した後は、側地や詰め物が破損しないように注意して取扱ってください。  
●お手入れ後は、1ページ「各部の名称と部品の確認」のイラストを参照して、以下の項目に注意してください。
  - ・詰め物に側地を取付ける際は、詰め物の取扱いに気をつけながら、イラストと同じ向きに取付けてください。

- ①側地のファスナーを完全に開け、詰め物を取り出してください。
- ②中性洗剤で必ずつけ洗いしてください。
- ③洗剤がなくなるまですすいでください。
- ④軽くしぼってください。 ※脱水機は使用しないでください。
- ⑤陰干しして完全に乾燥させてください。  
※天日干しはしないでください。 ※完全に乾燥しないとカビ発生の原因となります。

# 長期保管について

■長期にわたり、マットレスをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

- マットレス以外のものを重ねて載せないでください。
- 高温・多湿・ほこりの多い場所・直射日光を避けてください。  
 ※詰め物や側地が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。  
 ※におい（ウレタン臭など）が気になる場合は、風通しの良い日陰にマットレスを1日程度放置しておくことで、においはかなり低減します。

# 廃棄方法について

マットレスを廃棄する際は、「ウレタンフォームマットレス」として、各市町村の指示に従い正しく廃棄してください。

# 仕様

		品名		ストレッチフィットⅡマットレス (清拭タイプ・ドライタイプ・さらドライタイプ・抗ウイルスタイプ)	
				ボトム幅 91cm 用	ボトム幅 83cm 用
レギュラー	品番			KE-7A1S・KE-7A1U・KE-7A1N・KE-7A1V	KE-7A3S・KE-7A3U・KE-7A3N・KE-7A3V
	寸法 (cm)			幅：91 長さ：191 厚さ：10	幅：83 長さ：191 厚さ：10
	製品質量 (kg)			8	7
	※品番末尾 S：清拭タイプ U：ドライタイプ N：さらドライタイプ V：抗ウイルスタイプ				
材質	側地	清拭タイプ	トップ	ポリエステル 70%・ポリウレタン 30% (抗菌・防水・難燃)	
			ボトム	ポリエステル 65%・ポリウレタン 35% (抗菌・防水・難燃)	
		ドライタイプ	トップ	ポリエステル 50%・ポリウレタン 50% (抗菌・防水・難燃・吸放湿)	
			ボトム	ポリエステル 65%・ポリウレタン 35% (抗菌・防水・難燃)	
		さらドライタイプ	トップ	ポリエステル 40%・レーヨン 18%・綿 18%・ポリウレタン 24% (抗菌・防カビ・防水・難燃・吸放湿)	
			ボトム	ポリエステル 61%・ポリウレタン 39% (抗菌・防水・難燃)	
		抗ウイルスタイプ	トップ	ポリエステル 70%・ポリウレタン 30% (抗菌・防水・難燃・抗ウイルス)	
			ボトム	ポリエステル 65%・ポリウレタン 35% (抗菌・防水・難燃)	
詰め物				ポリエステル・ウレタンフォーム (難燃)	
耐熱温度				側地：80℃・詰め物：80℃	
使用環境				温度：50℃以下・湿度：90% RH 以下	
保管環境				温度：50℃以下・湿度：90% RH 以下	
適合品				アリュスシリーズ、アリュスシリーズ ICU、A6 シリーズ、メーティスシリーズ、メーティス PRO シリーズ、ウッドイーノドージェシリーズ、スタンダードベッド、KA-5000 シリーズ、KA-4000 シリーズ、エスパシアシリーズ、KA-N1000 シリーズ、KA-4351 (ドミトリーベッド)、小児ベッド、KR シリーズ、KR+ シリーズ、ベーシックベッド、楽匠プラスシリーズ、楽匠 Z シリーズ、楽匠 S シリーズ、KQ-B6000 シリーズ、レントシリーズ、INTIME1000 シリーズ、INTIME2000 シリーズ	
※ マットレスは適合するベッドの幅・長さに合わせてものをご使用ください				<b>Note</b> 新製品や製品の販売終了により、適合品が記載されていない場合があります。適合品についてご不明な場合は、販売店または直接弊社までお問い合わせください。	

# アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日 8:00～18:00 / 土・日・祝日 9:00～17:00 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

## <パラマウントベッド株式会社>

本 社 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1111(大代)  
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1171 (代)  
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 13 丁目 318 番地 11 ☎(011)271-1181 (代)  
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町 2 丁目 3 番地の 3 ☎(022)239-5211 (代)  
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園 3 丁目 23 番 1 ☎(048)878-0100 (代)  
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間 5 丁目 3 番 33 号 ☎(042)795-8800 (代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉 1 丁目 20 番 17 号 ☎(052)963-0600(代)  
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀 2 丁目 3 番 33 号 ☎(06)6443-8791(代)  
高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町 2 2 3 番 1 ☎(087)881-8900(代)  
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町 3 丁目 8 番 5 号 ☎(082)293-1311(代)  
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3 丁目 14 番 20 号 ☎(092)461-1131(代)

2023-08

製版：株式会社 ハル